ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAO-MAN-FR-009
Version: 1 Fecha Actualizacion: 03/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remision:		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	2018040 000104	Fecha Inicio	23/02/22 7:35	Fecha Fin	23/02/22 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — APTO DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 l/m)	Pila (10 l/m)	"Flujo a 0" (LL/LS)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	1442	7.2	92 B	5.	Si	Si	N.A	S.	S.	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 m.	Generó Alarma	No	Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS FUNCIONALES Post MANTENIMIENTO DE CONCENTRADORES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexion eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 l/m)	Pila (10 l/m)	"Flujo a 0" (LL/LS)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	1443	6.1	92.0	5.	Si	Si	N.A	S.	Si	Si	Si	S.	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.