ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

Código Equipo	MN-4709B	Fecha Inicio	25/02/22 9:12	Fecha Fin	25/02/22 11:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS

FALLA	DAÑO	PARTE PARA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RESPONSABLE	REPUESTO CAMBIADO			
			Filtro Lateral (Desgaste)	1		SI	X	No	
			Filtro Central (Desgaste)	1		SI	X	No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES DE LOS DAÑOS IDENTIFICADOS POR EL TÉCNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V Dc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V Dc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (10 - Act)	FILTROS (5 - Act)	BASE (5 - Act)	CODIGO DE BARRAS: BARRA (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	8790	6.5	888	Si	Si	Si	ES	5	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	27 min	Gasard Alarma	No		SI	X	Cuall
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LB-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V Dc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V Dc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (10 - Act)	FILTROS (5 - Act)	BASE (5 - Act)	CODIGO DE BARRAS: BARRA (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	8799	6.4	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]