OXPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-000 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 03/08/2018 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | MN-1349B | Fecha Inicio | 25/02/22 7:33 | Fecha Fin | 25/02/22 7:14 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CASE DAM | | CANTIDAD | REPORTE | REPUESTO | | CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90%-95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | MANIJA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14797 | 6.1 | 95.4 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90min | Generó Alarma | No X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo | |

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno |
| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno: Si |
| Con Sobrecalentamiento | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica actuacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90%-95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | MANIJA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14793 | 6.1 | 94.6 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Correcto funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.