OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-008 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | MN-15208 | Fecha Inicio | 26/02/22 7:32 | Fecha Fin | 26/02/22 9:13 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ALLAS | DAÑO | CLASE CAR | DESCRIPCION | CANTIDAD | SEPORTE | REPUESTO | CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |

OBSERVACIONES NOTAS ADICIONALES

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJÓMETRO (El-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No) | Pila (El-No) | "Flujo a 0" (LL-ES) | REJILLAS (El-No) | FILTROS (El-No) | BASE (El-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-No) | MANIJA (El-No) | RUEDAS (El-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4567 | 6.2 | 95.5 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | No X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | Si |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Bueno |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Bueno |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Bueno |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJÓMETRO (El-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No) | Pila (El-No) | "Flujo a 0" (LL-ES) | REJILLAS (El-No) | FILTROS (El-No) | BASE (El-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-No) | MANIJA (El-No) | RUEDAS (El-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4568 | 6.1 | 95.2 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.