

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO GAD-MW-FR-003	
						Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/2019 Página 1 de 2	
Fecha Remisión		Número #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	
Codigo Equipo	NW-2369B		Fecha Inicio	30/12/21 7:34	Fecha Fin	30/12/21	9:10
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALTA DE DATOS		SI	NO		EXPLICAR	RESPUESTA	PROBADO/CAMBIO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENAS	FILTROS	BAZES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	PIA	"Fuga a F"				BAZES	AMARRA	RUEDAS				
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				
	M158	5.7	70.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 min		Generó Alarma		No		X		Coff		E1			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Dueras		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Mala	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES																	
Buena																	
7. CONTROL DE TEMPERATURA																	
Buena																	
SI																	
Con Sobrecalentamiento																	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO IDENTIFICADO	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
Manifesteria	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga a B (Clase Fajónave)	Se verifica conexión de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica conexión de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	NO
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Actuación de vibrada de alar	Obtener manguera de salida de alar de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENAS	FILTROS	BAZES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PIA	"Fuga a F"				BAZES	AMARRA	RUEDAS		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	M159	6.3	92.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO														W. W. W.	