

Fecha Recepción: _____ Revisión: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **AV-38276** Fecha Inicio: **04/01/22** g-42 Fecha Fin: **07/01/22** 10-26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: _____ NO: **X** **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTE	REPLUSTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (3-40)	Pila (3-30)	"Flujo a 0" (3-35)				BASE (30-100)	MANEJA (30-100)	(3-10)			
	1440	5.7	47.6	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5		mant. Conexiones	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		7 min		Gener. Alarma		No									
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno										
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera term?	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cama full-on)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E1)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconectar tarjeta de flujo	Definición línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento

HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (3-40)	Pila (3-30)	"Flujo a 0" (3-35)				BASE (30-100)	MANEJA (30-100)	(3-10)		
1491	61	95.1	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5		Financ. Constantemente Wilma G.