ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	QAS-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-2544B	Fecha Inicio	05/01/22 7:30	Fecha Fin	05/01/22 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CAMBIO		CANT		REPUESTO CAMBIADO			
			Filtro Lateral	2		Si		No	
			Filtro Central	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y/O MANTENIMIENTO REALIZADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (20 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROLAS (51 Hz)	FILTROS (51 Hz)	BASE (51 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (55 - 65)	CÓDIGO DE BARRAS: GENERAL (55 - 65)	RUEDAS (55 Hz)	OBSERVACIONES
	30192	6.2	99.8	5 l/m	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	X	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
	Descripcion del diagnóstico identificado		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (20 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROLAS (51 Hz)	FILTROS (51 Hz)	BASE (51 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (55 - 65)	CÓDIGO DE BARRAS: GENERAL (55 - 65)	RUEDAS (55 Hz)	OBSERVACIONES
	30193	6.2	93.9	5 l/m	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO