ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-004
Versión: 1	Fecha Actualización: 01/08/2016
	Página 1 de 3

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DATOS DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-32750	Fecha Inicio	05/01/22 9:00	Fecha Fin	05/01/22 10:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ANTECEDENTES

FECHA REGISTRO	CLASE EVENTO	DESCRIPCION	ANTES	DESPUES	REPORTO		ARREGLO	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RELEVO (50 lts)	FILTROS (50 lts)	BASE (50 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (32 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (56 - NO)	RUEDAS (50 lts)	OBSERVACIONES
13788	6.0	50.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Generó Alarma	No	Si X	Cual?	E1
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			
	Manguera femme	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Registrador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RELEVO (50 lts)	FILTROS (50 lts)	BASE (50 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (32 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (56 - NO)	RUEDAS (50 lts)	OBSERVACIONES
13794	6.3	94.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento 20

FIRMA MANTENIMIENTO