



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO QMD-MAN-008 Versión 1 Fecha Actualización: 02/05/2018 Página 1 de 2

Fecha Revisión: Revisión # Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: MN-2477B Fecha Inicio: 28/01/22 7:29 Fecha Fin: 28/01/22 9:12

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'SI' and 'NO' responses.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGANDO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga a P), FLEJAS, FILTROS, PASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '2503', '6.0', '77.6', 'Si', 'Si', 'ES', 'Si', 'Si', 'Si', 'No', 'Si', 'Si'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results like '4.6V', 'OK', 'OK', 'OK', 'Cargado'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: '1', 'Manguera de aire', '1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Fuga a P (Cierre Aperturas)', 'Fuga Manera', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Adicción de válvula de aire' with results like 'ES', 'Lg', 'Activo', 'Activo', 'Activo'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGANDO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, FLEJAS, FILTROS, PASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '2504', '0.1', '94.2', 'Si', 'Si', 'Si', 'ES', 'Si', 'Si', 'Si', 'No', 'Si', 'Si'.