

OxPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES			FORMATO										
					Código	GAD-MA-PR-008									
					Verión 1	Fecha Actualización 05/03/18									
					Página 1 de 2										
Fecha Recibido		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden									
Código Equipo	17255194110			Fecha Inicio	11/01/22	Fecha Fin	11/01/22								
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA					SI	NO	X								
FECHA INICIO AISLAMIENTO						FECHA FIN AISLAMIENTO									
TALCA - DAVO - DAVO - DAVO - DAVO - DAVO - DAVO - DAVO															
En Mantenimiento															
HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				RELLENOS	PLATOS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (S-A)	Pila (S-B)	Flejo 3" (S-C)	RELLENOS (S-D)				PLATOS (S-E)	BASE (S-F)	BASE (S-G)		
251	8.7	92.3	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Mant. Pruebas		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba			1 hora			Genero Alarma	X	Si	Si	Si	Si			
2. RUEDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	D-X	Mata	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mata						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA				Buena	Si	Con Sobrecalentamiento					
No.	Prueba / Simulación			Descripción									Resultado		
1	Enfada Pila 5.5 V			Verifica voltaje de la pila									OK		
2	Prueba de Fugas			Se verifica conexión neumática del equipo									OK		
3	Conexión eléctrica			Se verifican las conexiones eléctricas del equipo									OK		
4	Conexión electrónica			Se verifican las conexiones electrónicas del equipo									OK		
5	Prueba de alarma			Se verifica sonido si es agudo o fuerte									Prueba		
6	Otro:														
7	Otro:														
Descripción del diagnóstico identificado															
CODIGO	DESCRIPCION			CANT	CODIGO	DESCRIPCION			CANT						
En Mantenimiento															
HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				RELLENOS	PLATOS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (S-A)	Pila (S-B)	Flejo 3" (S-C)	RELLENOS (S-D)				PLATOS (S-E)	BASE (S-F)	BASE (S-G)		
263	8.4	91.6	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Fueron Completamente		
FIRMA MANTENIMIENTO															
Whitby															