

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMIATO Código: 620-MA-M-FB-03 Versión: 1 Fecha Actualización: 08/2010 Página: 1 de 2	
Fecha Recepción	Rutina #	Asesor Mantenimiento		No. Orden			
Código Equipo	AN-564B		Fecha Inicio	12/01/22	7:32	Fecha Fin	12/01/22 9:08
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
TALLER / OVARO / PRELAVADO / ...							
Switch apagado							

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a V" (SI/NO)				20-100	20-100	20-100			20-100
6555	6.777.2	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Rent. Corrativo	
1. OCLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		NO		SI		Caja				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No X		3. ESTADO DE MANSURERAS		Bueno X		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		No X		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OX puente
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flejo # 3 (Clara flejeados)	Se verifica estado de alarmas (L1 - L2 - E3)	Lo
2	Flejo Maestro	Se verifica situación de alarma visual y sonora (LED amarillo y (L1-L2 E3)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Adición alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a V" (SI/NO)				20-100	20-100	20-100		
6555	6.519.2	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Funciona Corrativo W...	