



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: 040-0404-PR-05
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión # Auxiliar Mantenimiento: No Orden

Codigo Equipo: **MV-4097B** Fecha Inicio: **12/01/22** 9:27 Fecha Fin: **12/01/22** 9:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

TALLA (PESADO) / CATEGORIA	APLICACIÓN	REVISIÓN	COMPROBADO
Switch encendido	2	<input checked="" type="checkbox"/>	No
		<input type="checkbox"/>	No
		<input type="checkbox"/>	No
		<input type="checkbox"/>	No
		<input type="checkbox"/>	No
		<input type="checkbox"/>	No
		<input type="checkbox"/>	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGAS	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo e T" (SI/NO)	SEÑALES (SI/NO)	FLUJIMETRO (SI/NO)	BASE (SI/NO)	RUEDAS (SI/NO)				RUEDAS (SI/NO)
8789	6.7	0.5.3	Si	Si	Si	EX	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Plant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **90min**, Genero Alarma **NO**

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO

3. ESTADO DE MANGUERAS: Surco Males

4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Surco Males

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buena**

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena **Si** Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pta S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.3
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: **Segun ruta: Baja presión**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Solenoido)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1,L2 ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión torjes de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Achucón de válvula de aire	Cambiar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGAS	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo e T" (SI/NO)	SEÑALES (SI/NO)	FLUJIMETRO (SI/NO)	BASE (SI/NO)	RUEDAS (SI/NO)			
8790	4.94.7	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: *Walmart*