



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: BND-AMN-FR-001
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 02/03/19
 Página 1 de 2

Fecha Revisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
Código Equipo	AM-2749B	Fecha Inicio	13/01/22 7:32
		Fecha Fin	13/01/22 9:28

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALTA / DAÑO	Switch encendido			ANTES	DEPUES / CAMBIADO
					SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUCILAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			BUCIAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (ES/LS)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
2749B	6.2	15.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		99 min		Genera Alarma	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES															
Bueno															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena															
Si															
Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		

CANT	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Manguera tamaño	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Sujineto)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED Verde y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alife	Control manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUCILAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			BUCIAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
2749B	6.2	15.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento	
FIRMA MANTENIMIENTO															
Wilmara															