



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	MD-MIN-PR-08
Versión 1	Fecha Actualización: 06/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión	Revisión #	Auxilio Mantenimiento	No. Orden
Código Equipo	AN-40663	Fecha Inicio	12/01/22 9:03
		Fecha Fin	12/01/22 10:52

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
ALCA-DATON-300-240						
fillo lateral						
Base						
					L	12/01/22
					L	12/01/22

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGADO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELEVAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 4" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			BASE (SI/NO)
20152	6,3	95,3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manf. Preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		70 min		Genera Alarma		SI		SI		Cual?				
2. RUEDA EXTRAÑO		SI		No 0		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		No Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sábalo caliente					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.83
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	parte
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAVI	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAVI
	Manifera termic		L		

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Derecho Fugate)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	E2
2	Flujo Mantec	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2 E2))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alido	Controlar manguera de salida de aire del compresor	Bueno
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGADO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELEVAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 4" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)		
20101	6,1	93,2	SI	SI	SI	SI	E2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO														Kethna G.	