



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Codigo: OAD-MW-FR-008
 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2016
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **AN-2944A** Fecha Inicio: **14/01/22** 7:31 Fecha Fin: **14/01/22** 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPLAZO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 2" (SI-NO)				SW1 (SI-NO)	SW2 (SI-NO)	SW3 (SI-NO)		
2022	6.4	94.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	SI	SI	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	BUENO				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Y BU
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		OK
7	Otros:		OK

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 2 (Cable Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - C3)	BU
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (L1-L2-C3)	BU
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de Red	Desconexión línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 2" (SI-NO)				SW1 (SI-NO)	SW2 (SI-NO)	SW3 (SI-NO)		
2022	6.4	94.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera Correctamente Wlmer G

FIRMA MANTENIMIENTO: _____