ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	017250417131	Fecha Inicio	15/01/22 9:11	Fecha Fin	15/01/22 10:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA SOLICITADO/OBSERVACIÓN DE SERVICIO

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lbs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lbs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (30 - 1bs)	FILTROS (30 - 1bs)	BASE (30 - 1bs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 1bs)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 1bs)	RUEDAS (30 lbs)	OBSERVACIONES
	1901	8.4	96.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1hora	Generó Alarma	YES		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Ver
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clama flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-EE)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Correcto
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Correcto
5	Activación de válvula de pilas	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Correcto
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lbs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lbs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (30 - 1bs)	FILTROS (30 - 1bs)	BASE (30 - 1bs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 1bs)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 1bs)	RUEDAS (30 lbs)	OBSERVACIONES
	1902	8.3	95.9	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.