ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: A/A-1045B | Fecha Inicio: 17/01/22 9:10 | Fecha Fin: 17/01/22 12:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Si)	FILTROS (5 - Si)	BASE (5 - Si)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - SI)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	22557	5.0	42.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Generó Alarma	No [ ]	Si [X]	Cuál?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [ ]	Malas [X]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tenaz	3			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rubiovalv)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo = LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tubería de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Si)	FILTROS (5 - Si)	BASE (5 - Si)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - SI)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	22558	6	92.1	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Corrientes Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.