ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2964B	Fecha Inicio	18/01/22 7:33	Fecha Fin	18/01/22 9:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			Filtro Lateral	1		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L. T PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LS-ES)	REJILLAS (5)	FILTROS (5)	BASE (5)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - NO)	RUEDAS (5)	OBSERVACIONES
	15482	6.7	95.4	5	5	5	ES	5	5	5	20	5	5	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buen X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bien		Mal:
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
	Descripcion del diagnóstico identificado		

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

SALIDAS DE DATOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L. T PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LS-ES)	REJILLAS (5)	FILTROS (5)	BASE (5)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - NO)	RUEDAS (5)	OBSERVACIONES
	15482	6.3	94.3	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]