



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SDM-Mnt-FR-00
Versión	Fecha Actualización: 20/02/16
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
----------------	------------	------------------------	-----------

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Código Equipo	NOV-965 B	Fecha Inicio	18/01/17 9:34
		Fecha Fin	18/01/17 9:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA	DAÑO	CLASE BANC	DESCRIPCION	CATEGORIA	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

### EN MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a D" (SI-NO)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			
	18552	6.5	94.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Mnt. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		X	SI	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena				4. SISTEMA DE REFRIGERACION		X		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros		
7	Otros		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Densidad)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	ES
1	Fuga Masiva	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo = LED amarillo y (L1-L3-E3)	h3 activo
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de inflado de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a D" (SI-NO)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			
	18553	6.4	92.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Fuercia Correctamente
													Firma Mantenimiento