ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Código	GAS-MAN-FR-020
Versión 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

Código Equipo: NV-4396B | Fecha Inicio: 19/9/22 8:58 | Fecha Fin: 19/9/22 10:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

ÁREA	DAÑO	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO					
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (85% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (Si/No)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	MANIJA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	2604	6.5	94.6	5	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Genera Alarma: NO | SI | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.6 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ok fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clema flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activado
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activado
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activado
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (85% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (Si/No)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	MANIJA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	2620	6.3	94.3	5	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO