



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMIATO
Código: 043-004119-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **LN-27100** Fecha Inicio: **03/01/22** Hora: **7:32** Fecha Fin: **18/01/22** Hora: **10:22**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FECHA	UBICACION	OPERACION	FECHA	UBICACION	OPERACION

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSOSINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (10-1)	Pila (20-2)	"Flejo a 0" (30-3)				BASE (10-10)	MARCA (20-10)	(30-10)		
															Plant. Cometas E.
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: 4 min			General Alarma: No										
2. RUIDO EXTRAÑO					3. ESTADO DE MANGUERAS						4. SISTEMA DE REFRIGERACION				
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Repase junta 70 mm?	1/2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo 0 (Cierre fugitivo)	Se verifica activación de alarma (LL-LO-ES)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Destape manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSOSINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (10-1)	Pila (20-2)	"Flejo a 0" (30-3)				BASE (10-10)	MARCA (20-10)	(30-10)		
															Flejo Correctamente Wlmer G.
Firma Mantenimiento															