ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

CONTROL DE EQUIPO

Código Equipo	AN-2282 B	Fecha Inicio	06/01/22 7:33	Fecha Fin	19/01/22 10:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA ENCONTRADO DAÑADO O ALTERADO

FALLA	CAUSA	CONSECUENCIA	ACCIÓN CORRECTIVA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	¿SE REALIZÓ CAMBIO?	
			Filtro Lateral	2		SI X	No
			Filtro Central	1		SI X	No
			Sin fin encontrado	1		SI X	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-LS)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MASCARA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	9413	6.6	89.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	SI	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	31 min	Generó Alarma	No	X	Cual?	Ninguno

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.6 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	(Glasman Sonori) Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LI-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

Da Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-LS)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MASCARA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	9415	6.2	95.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.