ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAO-MAN-FR-003
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-3643B	Fecha Inicio	20/01/22 7:32	Fecha Fin	25/01/22 9:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	CAMBIO	CLASE CAMBIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EMPLEADO				
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJOMETRO (5Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Hz)	Pila (El Hz)	"Flujo a 0" (LS-ES)	REJILLAS (El Hz)	FILTROS (El Hz)	BASE (El Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MIS)	MANIJA (El - MIS)	RUEDAS (El Hz)
	10349	6.7	90.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES: Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	NO		SI		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de salida de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJOMETRO (5Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Hz)	Pila (El Hz)	"Flujo a 0" (LS-ES)	REJILLAS (El Hz)	FILTROS (El Hz)	BASE (El Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MIS)	MANIJA (El - MIS)	RUEDAS (El Hz)
	10351	6.2	90.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer