OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MMN-FR-005 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019 |
| Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Código Equipo | MN-260 B | Fecha Inicio | 21/01/22 9:01 | Fecha Fin | 21/01/22 10:38 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## DETALLE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXÍGENO (90% - 95%) | FLUJÓMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LL-LO) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14029 | 6.1 | 92.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | NO | Si | Si | Mant. preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | No X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DESCRIPCION

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

## REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## PRUEBAS DE ALARMA Y SIMULACIÓN DE EQUIPO PARA PRACTICAR DE CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES) | lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXÍGENO (90% - 95%) | FLUJÓMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LL-LO) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19039 | 6.0 | 90.4 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | NO | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]