ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GMO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Acción Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-3266B	Fecha Inicio	22/6/22 7:37	Fecha Fin	22/6/22 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hz)	Pila (0 Hz)	"Flujo o 0" (LO-EO)	REJILLAS (30 - Hz)	FILTROS (20 - Hz)	BASE (30 - Hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (40 - 60)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - 40)	RUEDAS (20 Hz)	OBSERVACIONES
	1566	6.1	90.4	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	N/A	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica agudo si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - EO)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-EO)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hz)	Pila (0 Hz)	"Flujo o 0" (LO-EO)	REJILLAS (30 - Hz)	FILTROS (20 - Hz)	BASE (30 - Hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (40 - 60)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - 40)	RUEDAS (20 Hz)	OBSERVACIONES
	1567	6.1	90.2	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.