ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAS-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Anotar Mantenimiento		No. Orden	

DATOS DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-1335 B	Fecha Inicio	22/9/22 7:32	Fecha Fin	22/9/22 9:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	CARGO	FIRMA	ACTIVIDAD				
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V - Vac)	FILTROS (5V - Vac)	BASE (5V - Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V - VDC)	RUEDAS (5V - Vac)	OBSERVACIONES
	20302	6.9	97.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	70 min	Genero Alarma	X		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Aguda
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
9	Otros:		
0	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V - Vac)	FILTROS (5V - Vac)	BASE (5V - Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V - VDC)	RUEDAS (5V - Vac)	OBSERVACIONES
	20303	6.2	94.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Prueba Correcta mente

FIRMA MANTENIMIENTO