



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAC-6811-F-008
Version 1
Fecha Actualización: 4/20/2015
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Ramilón #: Asesor: Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **MJ-621 B** Fecha Inicio: **24/01/22** 7:32 Fecha Fin: **24/01/22** 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSEIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

TIPO DE DAÑO IDENTIFICADO	CANTIDAD	IMPORTE	PRESTO CAMBIO
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			DESCALZO	VALVULAS	BAGS	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Disconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJO	PLAC		
					SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO		
	899	62	924	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mont. Preventiva	
1. CILINDRO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		100%	Mín				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE NAVOLETAS		Buenas		Melao	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		100%	Mín			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Punta	SI	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Oscila Sujinero)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E5)	ES
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	Lo
3	Disconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Disconexión tarjeta de flujo	Disconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de vibrato de aire	Control magnético de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			DESCALZO	VALVULAS	BAGS	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Disconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJO	PLAC		
					SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO		
	899	62	924	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Fuera de Correctamente Wilmorck	