ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxiPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2010
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-2915B	Fecha Inicio	24/01/22 10:15	Fecha Fin	24/01/22 11:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO		CANTIDAD		REPUESTO CAMBIADO			
			filtro lateral	2		Si		No	
			filtro central Coesgantes	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: Base (Si-No)	Manija (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	16915	6.0	94.9	si	si	si	ES	si	si	si	no	si	si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas ✓		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno ✓		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	5X
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	0X
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	5X
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: Base (Si-No)	Manija (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	16916	6.0	94.5	si	si	si	ES	si	si	si	no	si	si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G