ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Autorización: 01/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NW-4917B	Fecha Inicio	25/01/22 7:31	Fecha Fin	25/01/22 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO POR EL USUARIO (DESCRIPCION DEL SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CONSECUENCIA		CANTIDAD	UNIDAD	REPUESTO		EMBALADO	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 PSI)	OXIGENO (19% - 24%)	FLUJOMETRO (5-44c)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Ac)	Pila (5-Vc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5)-Ac)	FILTROS (5)-Ac)	BASE (5)-Ac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5)-AC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5)-AC)	RUEDAS (5)-Ac)	OBSERVACIONES
	10553	6.0	20.5	Si	Si	Si	25	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Normal Correcto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Bien
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las cohesiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tanque	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clavo Bujeretes)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte lines eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alivio de compresor	activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 PSI)	OXIGENO (19% - 24%)	FLUJOMETRO (5-44c)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Ac)	Pila (5-Vc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5)-Ac)	FILTROS (5)-Ac)	BASE (5)-Ac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5)-AC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5)-AC)	RUEDAS (5)-Ac)	OBSERVACIONES
	10559	6	20.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO