OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | [illegible] |
| Versión 1 | Fecha Actualización: [illegible] |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | SN0193556 | Fecha Inicio | 20/01/22 9:08 | Fecha Fin | 26/01/22 10:11 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

## ÁREA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXÍGENO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | BASE | MANIJA | | |
| | (Hrs) | (5-7 PSI) | (90% - 95%) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (LD-ES) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | Mant. |
| | 11338 | 6.0 | 85.0 | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | General Alarma | No | | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | Malo |

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | |
| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno / Con Sobrecalentamiento |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES) | |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES) | |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXÍGENO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | BASE | MANIJA | | |
| | (Hrs) | (5-7 PSI) | (90% - 95%) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (LD-ES) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | Baja pureza Medist |
| | 11339 | 6.0 | 90% | | | | | | | | | | | FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G. |