

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES										FORMATO		
OXPto										Código		
										Versión 1		
										Fecha Revisión: 03/08/2012		
										Página 1 de 2		
Fecha Reparación		Reparación #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO												
Código Fabrica		AN-3799B		Fecha Inicio		20/9/12 9:35		Fecha Fin		26/9/12 1:35		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA												
SI		NO		X		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO				
DETALLES INDICIALES SUCEDIENDO PACIENTE												
OBSERVACIONES												
Mon! preentius												
1. DICIADO												
Tiempo de la prueba		9 minutos		Genera Alarma		No		Si		Cual		
2. RUIDO EXTRAÑO												
Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		
Bajo		Medio		Alto								
4. DAÑOS IDENTIFICADOS												
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES												
Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Si		Con Sobrecalentamiento				
No. Prueba Descripción Resultado												
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila										4.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo										OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo										OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo										OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte										OK fuerte
6	Otro											
7	Otro											
Descripción del diagnóstico identificado												
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CART CÓDIGO DESCRIPCIÓN CART												
No. Prueba / Situación Descripción Resultado												
1	Paga # 8 (Carga Neumática)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)										E5
2	Paga Neuma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Paga o LED amarillo y (L1-L2-E2)										6
3	Descarga eléctrica	Activación alarma sonora										OK
4	Descarga eléctrica de Paga	Descarga línea eléctrica										OK
5	Aplicación de alcohol de 70%	Cargar manguera de sereno de aire de compresor										OK
6	Otro											
7	Otro											
8	Otro											
OBSERVACIONES												
Correcto por mantenimiento												
FIRMA MANTENIMIENTO												
W. L. G.												