ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-4761B	Fecha Inicio	26/01/22 7:34	Fecha Fin	26/01/22 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTORNA SUMINISTRO/OPERACIÓN DE EQUIPO

PALLA	BARO	CLASE BARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REMOTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4o)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4o)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4o)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LL-LO)	REJILLAS (5l - 4o)	FILTROS (5l - 4o)	BASE (5l - 4o)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (5l - MO)	RUEDAS (5l-4o)	OBSERVACIONES
	8819	6.1	93.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	General Alarma	No X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Si X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Si NO	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.0 V	Verifica voltaje de la pila	3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado	

CAMBIO DE REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Regulador Kimax	1			

LISTA DE CHEQUEO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo x (LED amarillo y (LL-LO-ES)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión salida de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

DESPUES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4o)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4o)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4o)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LL-LO)	REJILLAS (5l - 4o)	FILTROS (5l - 4o)	BASE (5l - 4o)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (5l - MO)	RUEDAS (5l-4o)	OBSERVACIONES
	8861	6.2	92.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]