OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	GAO-MAN-FR-008
		Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
		Página 1 de 3	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	MAJ-4005B	Fecha Inicio	27/01/22 7:32	Fecha Fin	27/01/22 9:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA HIDRÁULICO (ACEITE DE TRANSMISIÓN)

FALLA	DAÑO	PIEZA CAMBIADA		CAUSA	ACTIVIDAD		PERSONAL CAMBIADO			
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIÑÓLLAS	FILTROS	BAÑO	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo x 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-EO)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BAUD (SI - NO)	MANILA (SI - NO)	(SI-No)	
	10013	64	93.8	Si	Si	Si	EO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ex agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EO)	EO
2	Flujo Maxima	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-LO-EO))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta lineas eléctricas	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIÑÓLLAS	FILTROS	BAÑO	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo x 0"							
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-EO)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BAUD (SI - NO)	MANILA (SI - NO)	(SI-No)	
	10204	6.1	93.6	Si	Si	Si	EO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.