| OXPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO |
|---|---|---|
| | | Codigo: GAD-MAN-FR-009 |
| | | Versión: 1 — Fecha Actualización: 03/08/2018 |
| | | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | AN-1813B | Fecha Inicio | 27/01/22 7:33 | Fecha Fin | 27/01/22 9:07 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Filtro Central | X | | SI | X | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |

| En Mantenimiento | HOROMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | RUELLAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LL-LO-ES) | | | | | | | |
| | (Hrs) | (5-7 PSI) | (90% - 96%) | (SI-No) | | | | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | BASE (SI-NO) | MANIJA (SI-NO) | (SI-No) | |
| | 5406 | 5.8 | 93.0 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | NO | SI | SI | Mant. Preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | NO | | SI | | Cual? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | SI | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 5V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | 6 [?] |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Bueno |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Bueno |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Bueno |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HOROMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | RUELLAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | | | | |
| | (Hrs) | (5-7 PSI) | (90% - 96%) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | (LL-LO-ES) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | BASE (SI-NO) | MANIJA (SI-NO) | (SI-No) | Correcto Funcionamiento |
| | 5407 | 6.6 | 90.9 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | NO | SI | SI | FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G. [?] |