



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 OXPM-PP-02
 Versión 1 Fecha Actualización: 05/05/19
 Página 1 de 3

Fecha Recepción: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **SWS 194037** Fecha Inicio: **25/01/22** Hora: **9:02** Fecha Fin: **29/01/22** Hora: **10:12**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CONSUMO	FLEGUIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLENOS	FILTROS	BAJES	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo +"	RELLENOS	FILTROS	BAJES				ALBA	ROJA		
	100%	6.4	93.7	5	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI				Mont. Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 hora		Demand Alarma		No		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.0 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Clas:		
7	Clas:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Carta Sijometri)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - CS)	N.A
2	Flujo Maloso	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-CS)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de aire	Disturbio inaguntado de salida de aire de compresor	N.A
6	Clas:		
7	Clas:		
8	Clas:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CONSUMO	FLEGUIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLENOS	FILTROS	BAJES	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo +"	RELLENOS	FILTROS	BAJES				ALBA	ROJA		
10100	6.4	92.9	5	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI				Forosona Correctamente	16/01/22