

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMIATO	
						Código: GAD-MAN-FR-02 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/02/2018 Página: 1 de 2	
Fecha Recepción		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	
Código Equipo	NW-4358B		Fecha Inicio	31/01/22 8:04	Fecha Fin	31/01/22 9:43	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA							
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORDENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Fijo a 5"				BAR	BAR			
					(B-A)	(B-A)	(B-A)				(B-A)	(B-A)			
	17251	62414	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Man. preventivo		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma	X									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	X						4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bajo	Med
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena								Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 5 (Clima Hidrometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Fijo Manera	Se verifica activación de alarma Visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1-L2-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de fijo	Desconecta líneas eléctricas	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Destruir manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORDENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 5"				BAR	BAR		
					(B-A)	(B-A)	(B-A)				(B-A)	(B-A)		
	17251	60945	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO	Firma Correctura de Wilmer G.