ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OAS-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DATOS DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN - 4818 B	Fecha Inicio	31/01/22 8:02	Fecha Fin	31/01/22 9:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INVENTARIO ACCESORIOS CONCENTRADOR DE OXIGENO

CANTIDAD			CANTIDAD			CANTIDAD		

ACCESORIOS ENTREGADOS AL CLIENTE

OBSERVACIONES

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RODILLAS (S1-No)	FILTROS (S1-No)	BASE (S1-No)	CODIGO DE BARRAS: Red (S1-No)	Manual (S1-No)	RUEDAS (S1-No)
	12556	6.2	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES

Mal. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X		Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	filtro interno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RODILLAS (S1-No)	FILTROS (S1-No)	BASE (S1-No)	CODIGO DE BARRAS: Red (S1-No)	Manual (S1-No)	RUEDAS (S1-No)
	12558	6.0	93.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES

Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.