

Fecha Revisión	Formación #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
Código Equipo	NN-2623B	Fecha Inicio	01/07/2022 8:20
EQUIPO CON SERVICIO		Fecha Fin	07/07/2022 12:00

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PRUEBAS DE ALARMA							
					Desconexión	Fila	"Fijo a 6"	1	2	3	4	5	6	7	
11458	6.1	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		7 h 30		Generó Alarma		No		X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X		Más	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		X		Más		5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		X		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.6 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTY	CONDICION	DESCRIPCION	CANTY

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo = 0 (Cierre Seguridad)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Fijo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Eajo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Operar y reparar de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PRUEBAS DE ALARMA						OBSERVACIONES	
					Desconexión	Fila	"Fijo a 6"	1	2	3	4	5	6		7
11460	6.0	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: