

Fecha Remisión	Remisión #	Auxilio Mantenimiento	No. Orden
Código Equipo	NN-2027B		Fecha Inicio
Fecha Inicio		01/07/2022 10:34	Fecha Fin
01/07/2022		11:53	

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			OBSERVACIONES								
					Desconexión (S/N)	Pila (S/N)	"Flujo a 9"	1	2	3	4	5				
17178	6.395.5	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mto Preventivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		7 h 30		Operó Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buenas	X	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCIÓN	CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fujo = 0 (Clara Sujinazo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Fujo Maltrato	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E3)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Destruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			OBSERVACIONES						
					Desconexión (S/N)	Pila (S/N)	"Flujo a 9"	1	2	3	4	5		
17178	6.295.8	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO