Fecha Revisión | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | Página 1 de 2

Codigo Equipo: MZJ5258383 | Fecha Inicio: 01/07/2022 12:14 | Fecha Fin: 01/07/2022 2:15 | No. Orden

EQUIPO CONTAMINADO (RADIOACTIVO, BIOLÓGICO, QUÍMICO)				FECHA DE MANTENIMIENTO		FECHA DE CALIBRACIÓN		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (51-54c)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (51-54c)	Pila (51-54c)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROS	FUGAS	Ubic. de [illegible]	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	3918	7.0	95.5	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	NO	Si	Si	MTO Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 h 30	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	N/A				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	N/A
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (51-54c)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (51-54c)	Pila (51-54c)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FILTROS	FUGAS	Ubic. de [illegible]	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	3897	7.0	95.6	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO