OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	SMO-MAN-FR-005
		Versión: 1	Fecha Actualización: 30/06/2019
		Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DETALLE DE MANTENIMIENTO

Codigo Equipo	MN-145B	Fecha Inicio	01/06/22 7:32	Fecha Fin	01/06/22 9:22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CAMBIO		CAMBIO	
		filtro Lateral	2				Si	X	No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR EL AUXILIAR

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (0-4lm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ho)	Pila (El-Ho)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REGULAR (El-Ho)	FILTROS (El-Ho)	BASE (El-Ho)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-Ho)	MANUAL (El-Ho)	RUEDAS (El-Ho)	OBSERVACIONES
	19594	5.9	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X		(X)	Cual?	L

2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (El-Ho)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ho)	Pila (El-Ho)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REGULAR (El-Ho)	FILTROS (El-Ho)	BASE (El-Ho)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-Ho)	MANUAL (El-Ho)	RUEDAS (El-Ho)	OBSERVACIONES
	19596	6.1	94.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO	