ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-039
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3399B	Fecha Inicio	01/06/22 8:58	Fecha Fin	01/06/22 10:28

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMAS REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

PARTE AFECTADA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DETALLE DAÑO	CANTIDAD	UNIDAD	CONTRATISTA		MATERIAL CAMBIADO	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-4lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4hz)	Pila (0-4hz)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-1hz)	FILTROS (0-1hz)	BASE (0-1hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0-1HZ)	CODIGO DE BARRAS: BANDEJA (0-1HZ)	RUEDAS (0-4hz)	OBSERVACIONES
	9128	6.2	95.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rugómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maxima	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-4lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4hz)	Pila (0-4hz)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-1hz)	FILTROS (0-1hz)	BASE (0-1hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0-1HZ)	CODIGO DE BARRAS: BANDEJA (0-1HZ)	RUEDAS (0-4hz)	OBSERVACIONES
	9129	6.1	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO