ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remitido a		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	7F5774202053bddd39	Fecha Inicio	02/06/22 7:33	Fecha Fin	02/06/22 9:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMATOLOGIA/DIAGNOSTICO DE SERVICIO

FECHA	DIA	HORA	DIAGNOSTICO	CANTIDAD	REPUESTO	GARANTIA	FECHA DIAGNOSTICO
			falla Lateral	1		NO	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR EL CLIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 85%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (10 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (15 - 1hz)	FILTROS (10 - 1hz)	SIAGE (10 - 1hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 1HZ)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (10 - 1HZ)	RUEDAS (10 hz)	OBSERVACIONES
	32991	6.2	94.0	SI	SI	SI	LL	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Si		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LL
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta fnua eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
5	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 85%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (10 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (15 - 1hz)	FILTROS (10 - 1hz)	SIAGE (10 - 1hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 1HZ)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (10 - 1HZ)	RUEDAS (10 hz)	OBSERVACIONES
	32961	6.1	93.8	SI	SI	SI	LL	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.