

Actualizado hace 1807 días (21 Jun 2017)

Información de Equipos Eléctricos Más información

[Editar](#) [Duplicar \[Alt+U\]](#)

Acciones

- [Ver Movimiento de Equipo](#)
- [Reportar Novedad con Software](#)
- [Registrar Ticket de Desarrollo](#)

Novedades [Agregar](#)

6723210-EQUI NO ENTREGADO POR FALLA ActivosRetornables-319387(202) Catalina Trujillo Useche Hace 2 días EQUIPO ENTREGADO EL 21 DE MAYO 2022 Y RECOGIDO EL 28 DE MAYO 2022. CON NOVEDAD EN RUTA "EQUIPO funcionando bajo parámetros normales se cambia EQUIPO a petición del paciente informa que se le apaga constantemente" Y EN TALLER NO SE CAMBIA NINGUN REPUESTO FUNCIONA CORRECTAMENTE

» Agregar Comentario

6723210-EQUI NO ENTREGADO POR FALLA ActivosRetornables-319387(202) Catalina Trujillo Useche Hace 25 días EQUIPO ENTREGADO A PACIENTE EL 3 DE MAYO 2022 Y RECOGIDO EL 5 DE MAYO 2022. CON NOVEDAD DE RUTA "EQUIPO PRESENTA MANGUERA INTERNA ROTA,BAJA PUREZA Y PASO DE AGUA" EN TALLER SE CAMBIA TUBO REFRIGERACION

» Agregar Comentario

Información Básica

Activo	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2422B)	Tipo	CONCENTRADOR
Subtipo	CONCENTRADOR SLTM	Código de Barras	NN-2422B
Número de Serie	NN-2422B	Código interno	NN-2422B
Precio de Compra (\$)		Proveedor	BIOPAS
Fabricante	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD	Creado Por Usuario	administrator
Assigned A Usuario	administrator	Creación	2011-11-11 19:06
Última Modificación	2017-06-21 19:37	Ultima Modificación Por Usuario	administrator
Horas de Uso	5392	Propietario	OXIPRO 11
Equipo en Tránsito?		ABRV	CNCNTRDR
Rango de Edad	Adulto	Insonorizado	Si
Enfriamiento		Propiedad del Equipo	Propio
Custodia	En Custodia	Modelo de Equipo	CONCENTRADOR YUYUE 7F-5 (2011)
Situación	Activo	Supertipo	Dispositivos Biomedicos
Fecha ultimo movimiento	2022-06-01 10:46	Línea de Servicio	OXIGENO

Campos Personalizados

FechaHorometro	2014-02-28
----------------	------------

MANTENIMIENTO DE RUTINA - NN-2422B (2015-06-26) [editar](#)

MANTENIMIENTO DE RUTINA - NN-2422B (2015-05-29) [editar](#)

Movimientos Realizados Mostrando 1 - 20 de 56

ID	Fecha y Hora	mv_fuente	mv_destino	Soporte Documental	Asignado a	Acción
5040359	2022-06-01 10:46	Eje - Domi Risaralda Norte 05 (Mr) (2022/06/01) - AM	11488921	130473480	administrator	editar
5039796	2022-06-01 07:39	EjeC - CARGUE APROBADO	11497778	EjeC - CARGUE APROBADO - Eje - Domi Risaralda Norte 05 (2022-06-01 07:15:00)	CAGUDELO	editar
5038813	2022-05-31 18:29	EjeC - TALLER	727948	EjeC - TALLER - EjeC - CARGUE APROBADO (2022-05-31 00:00:00)	AHURTADO	editar
5037589	2022-05-31 13:47	EjeC - CARGUE CUARENTENA	2387125	EjeC - CARGUE CUARENTENA - EjeC - TALLER (2022-05-31 00:00:00)	WGAVRIA	editar
5035468	2022-05-28 14:52	EJE CAFETERO: Eje - Domi - Risaralda 08 (S) (2022/05/28) - AM	727951	EJE CAFETERO: Eje - Domi - Risaralda 08 - EjeC - CARGUE CUARENTENA (2022-05-28 00:00:00)	AHURTADO	editar
5034693	2022-05-28 11:30	LUZ GL (CC: 32412381)	11470538	130474042	EJE CAFETERO	editar
5017506	2022-05-21 15:30	EJE CAFETERO: Eje - Domi - Quindío Norte 02 (2022/05/21) - AM	11460593	130472384	administrator	editar
5016997	2022-05-21 09:34	EjeC - CARGUE APROBADO	11463226	EjeC - CARGUE APROBADO - EJE CAFETERO: Eje - Domi - Quindío Norte 02 (2022-05-21 07:06:00)	CAGUDELO	editar
4981495	2022-05-07 08:52	EjeC - TALLER	727948	EjeC - TALLER - EjeC - CARGUE APROBADO (2022-05-06 00:00:00)	CAGUDELO	editar
4979287	2022-05-06 13:49	EjeC - CARGUE CUARENTENA	2387125	EjeC - CARGUE CUARENTENA - EjeC - TALLER (2022-05-06 00:00:00)	WGAVRIA	editar
4977356	2022-05-05 19:09	EJE CAFETERO: Eje - Domi - Caldas Centrosur 01 (2022/05/05) - AM	727951	EJE CAFETERO: Eje - Domi - Caldas Centrosur 01 - EjeC - CARGUE CUARENTENA (2022-05-05 00:00:00)	CAGUDELO	editar
4976210	2022-05-05 14:49	MARIA BLANDON (CC: 24281394)	11340989	130469023	EJE CAFETERO	editar
4969382	2022-05-03 12:46	EJE CAFETERO: Eje - Domi - Caldas Centrosur 01 (2022/05/03) - AM	1827758	130468437	administrator	editar
4968490	2022-05-03 07:29	EjeC - CARGUE APROBADO	11288373	EjeC - CARGUE APROBADO - EJE CAFETERO: Eje - Domi - Caldas Centrosur 01 (2022-05-03 07:13:00)	AHURTADO	editar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.