ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 1 | Fecha Actualización: 02/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

CONTROL DE EQUIPO

Código Equipo	201804000109	Fecha Inicio	03/06/22 7:35	Fecha Fin	03/06/22 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

												Si		No
												Si		No
												Si		No
												Si		No
												Si		No
												Si		No
												Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 98%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hrs)	Pila (50 Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (50 - Hrs)	FILTROS (50 - Hrs)	EJES (50 - Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (50 - 300)	MANIJA (50 - 500)	RUEDAS (50 Hrs)	OBSERVACIONES
	3378	63	929	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	NO	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6,5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK puerto
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LL
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED apagada y (LL-LO-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 98%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hrs)	Pila (50 Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (50 - Hrs)	FILTROS (50 - Hrs)	EJES (50 - Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (50 - 300)	MANIJA (50 - 500)	RUEDAS (50 Hrs)	OBSERVACIONES
	3390	63	943	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.