

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				PERIFERICO	
		Codigo		040-480-FR-008		Version 1	
		Fecha Actualizacion		09/06/2018		Página 1 de 2	
Fecha Remision	Remision a	Auxilio Mantenimiento		No. Orden			
Codigo Equipo	NN-2943 B		Fecha Inicio	03/10/18 7:33	Fecha Fin	03/10/18 9:17	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
ITALIA							
En Mantenimiento		INDICATIVO	PRECISION	CONSUMO	FLUJO METRO	PRUEBAS DE ALARMA	
040	24-1755	000-000	0400	Documentos		Flujo a 0"	
040	24-1755	000-000	0400	SI	SI	SI	SI
PRUEBAS DE ALARMA		Documentos	Flujo	"Flujo a 0"	PRUEBAS	FILTROS	SAPO
CÓDIGO DE BARRAS		040	24-1755	000-000	0400	SI	SI
PRUEBAS		SI	SI	SI	SI	SI	SI
OBSERVACIONES		Mont. Preventivo					
1. DECLARO		Tiempo de la prueba		40 min	Genero Alarma	SI	Qual
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Subcalentamiento
No.	Prueba / Simulacion	Descripcion					Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila					4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neutral del equipo					OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo					OK
4	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo					OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido en el equipo a lazo					Clasico
6	Otras:						
7	Otras:						
Descripcion del dispositivo identificado							
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT		
No.	Prueba / Simulacion	Descripcion					Resultado
1	Flujo a 0 (Clase Fajimont)	Se verifica activacion de alarmas (L1-L2-L3)					OK
2	Fuga Masiva	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-4-8-9))					OK
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora					Activo
4	Deteccion de salida de flujo	Desconexión alarma sonora					Activo
5	Activación de salida de flujo	Operar respuesta de salida de flujo de compresor					Activo
6	Otras:						
7	Otras:						
8	Otras:						
En Mantenimiento		INDICATIVO	PRECISION	CONSUMO	FLUJO METRO	PRUEBAS DE ALARMA	
040	24-1755	000-000	0400	Documentos		Flujo a 0"	
040	24-1755	000-000	0400	SI	SI	SI	SI
PRUEBAS DE ALARMA		Documentos	Flujo	"Flujo a 0"	PRUEBAS	FILTROS	SAPO
CÓDIGO DE BARRAS		040	24-1755	000-000	0400	SI	SI
PRUEBAS		SI	SI	SI	SI	SI	SI
OBSERVACIONES		Funciona correctamente					
Firma Mantenimiento		W. Villarreal					