	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: GAD-MAN-FR-005
		Versión: 1 Fecha Actualización: 05/09/2019
		Página 1 de 2

Fecha Recepción		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	0112509152 39	Fecha Inicio	04/06/22	Fecha Fin	04/06/22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							SI		No			
							SI		No			
							SI		No			
							SI		No			
							SI		No			
							SI		No			
							SI		No			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 5" (LO-ES)	SELLAS (5 - 1m)	FILTROS (5 - 1m)	BASE (5 - 1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 1m)	MANIJA (5 - 1m)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No.		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave Sujetadora)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 5" (LO-ES)	SELLAS (5 - 1m)	FILTROS (5 - 1m)	BASE (5 - 1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 1m)	MANIJA (5 - 1m)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO