

		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMULARIO Código: SAC-MMI-FR-006 Versión: 1 Fecha Actualización: 08/03/18 Página 1 de 2	
Fecha Emisión	Revisión #	Accionar Mantenimiento				Mo. Orden	
Código Equipo	MV-2964B		Fecha Inicio	04/06/22 7:31	Fecha Fin	04/06/22 9:29	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

En Mantenimiento	HUMIDIDAD	PRESIÓN	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			Pila	"Flujo a 0"	REALIAS	FILTROS	BUSE	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS		
					(B-1)	(B-2)	(B-3)						(B-1)					(B-2)	(B-3)
24820	6.2	94.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		SI		SI		SI		SI					
2. RUEDO EXTRAORD		SI		No		3. ESTADO DE MANDURAS		SI		Motas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o falta	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cero flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E2)	ES LO ACTIVO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	ACTIVO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ACTIVO
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	ACTIVO
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	ACTIVO
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HUMIDIDAD	PRESIÓN	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			Pila	"Flujo a 0"	REALIAS	FILTROS	BUSE	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS		
					(B-1)	(B-2)	(B-3)						(B-1)					(B-2)	(B-3)
24820	6.2	94.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona correctamente			
															FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmale			