| OXIPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO |
|---|---|---|
| | | Codigo: GAD-MAN-FR-005 |
| | | Versión: 1 — Fecha Actualización: 05/08/2019 |
| | | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | MN-142B | Fecha Inicio | 06/06/22 7:30 | Fecha Fin | 06/06/22 9:53 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (2-7 PSI) | OXIGENO (90%-95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LL-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | MANIJA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23090 | 5.0 | 33.2 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | NO | Si | Si | Mant. Correctivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 4 min | Generó Alarma | No | | Si | X | Cual? | E.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo |

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.2 |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Empaque clapeta | 2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Activo |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (2-7 PSI) | OXIGENO (90%-95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LL-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | MANIJA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23092 | 6.2 | 94.2 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | no | no | Si | Correcto funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]