ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	AN-1218B	Fecha Inicio	04/2/22 7:30	Fecha Fin	04/2/22 9:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (10-4lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-1hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (10-4hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RESILLAS (21-1hz)	FILTROS (21-1hz)	BASE (21-1hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (60-1HZ)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (60-1HZ)	RUEDAS (40-4hz)	OBSERVACIONES
	9923	6.1	86.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2min	Generó Alarma	No		X		Cual?	El

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera termica	1			
	Flotador	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fisicamente)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (10-4lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-1hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (10-4hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RESILLAS (21-1hz)	FILTROS (21-1hz)	BASE (21-1hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (60-1HZ)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (60-1HZ)	RUEDAS (40-4hz)	OBSERVACIONES
	9911	6.1	93.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilson G.